



3333P "Ниш"
Служба за медицину рада
Одељење за заштиту од зрачења
Ниш, ул. Пантелејска бр. 58
(018)/4576-148; zracenje@EUnet.rs
www.medradanis.rs



ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ

Ознака: ЛОБ.07

Ревизија: 05
Датум ревизије: 20.04.2016.
Страна: 1 од 1

ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ

Датум 21.06.2017.

Узорак бр. 37

А)

- 1. МЕСТО ИСПИТИВАЊА:** Одељење за заштиту од зрачења
Завода за здравствену заштиту радника "Ниш", ул. Пантелејска бр. 58, Ниш
- 2. НАЗИВ И АДРЕСА КОРИСНИКА:** Град Ниш -Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине
- 3. ОПИС, СТАЊЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЈА УЗОРКА:**
Узорак површинског слоја грађевинског земљишта, дубине до 10 см, са локације:
раскрсница пута за Старо Влаسه – Ново Гробље, узорак 2, општина Палилула.
- ПОЗИЦИЈА МЕСТА УЗОРКОВАЊА:** N 43°17' 48.28" E 21°53' 50.14"
- 4. ДАТУМ ПРИЈЕМА УЗОРКА ЗА ИСПИТИВАЊЕ:** 21.06.2017.
- 5. ДАТУМ ОБАВЉАЊА ИСПИТИВАЊА:** 21.06.2017.
- 6. ШПЕДИЦИЈА:**
- 7. ТРОШКОВЕ СНОСИ:** Град Ниш, Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине
- 8. РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА:** масена активност радионуклида у узорку:

226 Ra: (21 ± 2) Bq/kg

232 Th: (30 ± 3) Bq/kg

238 U: (35 ± 11) Bq/kg

137 Cs: (6 ± 1) Bq/kg

235 U: < 5 Bq/kg

40 K: (373 ± 23) Bq/kg.

Б)

- 1. ВРСТА ИСПИТИВАЊА:** гамаспектрометријска анализа, HPGe гамаспектрометар Canberra, USA, серијски број b00385
- 2. КОРИШЋЕНА МЕТОДА ИСПИТИВАЊА:** IAEA TRS 295 : 1989
- 3. ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ/НЕИСПУЊАВАЊУ ЗАХТЕВА И/ИЛИ СПЕЦИФИКАЦИЈА:**
Резултати мерења радиоактивности у наведеном узорку показују присуство природних радионуклида у својим нормалним вредностима и дугоживећих радионуклида вештачког порекла у значајно ниским нивоима. Ово земљиште није контаминирано радиоактивним материјама и нема радијационог ризика по здравље људи, према Правилнику о границама садржаја радионуклида у води за пиће, животним намирницама, сточној храни, лековима, предметима опште употребе, грађевинском материјалу и другој роби која се ставља у промет (Службени гласник РС број 86/2011).
Није потребно предузимати мере заштите.
- 4. ДОПУНСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:** Јачина амбијенталног еквивалента дозе на површини испитиваног земљишта је у нивоу природног фона за град Ниш (од 0.09 микро сиверта на час до 0.14 микро сиверта на час).

ИСПИТАО:

мр Горан Манић,
магистар физичких наука

ОДОБРИЛА:

шеф Одељења за заштиту од зрачења
др Душица Вучић, доктор физичких наука

Напомена:

Наведени резултати испитивања односе се само на испитане узорке.

Без одобрења Службе за медицину рада извештај о испитивању сме се умножавати искључиво као целина.